Dako REAL™
Hematoxylin
Code S2020

CE

ENGLISH

Intended use

For in vitro diagnostic use.

Dako REAL™ Hematoxylin is intended for use in immunohistochemistry. It is a stable, ready-to-use reagent specially designed for optimal performance when used on tissue sections together with Dako REAL™ Detection Systems on Dako automated immunostaining instruments. Dako REAL™ Hematoxylin is intended for blue counterstaining of nuclei in tissue sections using Dako automated immunostaining instruments.

Reagent provided

Aqueous solution of hematoxylin. Each bottle contains 500 mL ready-to-use reagent.

Precautions

1. For professional users.
2. Wear appropriate Personal Protective Equipment to avoid contact with eyes and skin.
3. Unused solution should be disposed of according to local, State and Federal regulations.

Storage

Store at room temperature. Do not use after expiration date stamped on bottle. If reagents are stored under any conditions other than those specified, the user must verify the conditions. There are no obvious signs to indicate instability of this product. If unexpected staining is observed which cannot be explained by variations in laboratory procedures and a problem with the reagent is suspected, contact our Technical Services.

Staining procedure

Dako REAL™ Hematoxylin, Code S2020, is ready-to-use. For use on Dako automated immunostaining instruments. Please read the Operator´s Manual for the Dako automated immunostaining instrument and the protocols/templates provided with the instrument and Dako REAL™ Detection Systems.

Additional Information

Refer to package inserts for Dako REAL™ Detection Systems and the individual Operator's Manual of the Dako automated immunostaining instrument for further information on the instrument and instructions for use.

FRANÇAIS

Utilisation prévue

Pour utilisation en diagnostic *in vitro*.

Le produit Dako REAL™ Hematoxylin est destiné à être utilisé en immunohistochimie. C'est un réactif stable, prêt à l'emploi et spécialement conçu pour une performance optimale lorsqu'il est utilisé sur des coupes de tissus avec les systèmes de détection Dako REAL™ sur les automates de coloration Dako. Le produit Dako REAL™ Hematoxylin est destiné à la contre-coloration bleue des noyaux présents sur des coupes tissulaires à l'aide des automates de coloration Dako.

Réactifs fournis

Solution aqueuse d'hématoxyline. Chaque flacon contient 500 mL de réactif prêt à l'emploi.

Précautions

1. Pour utilisateurs professionnels.
2. Porter un vêtement de protection approprié pour éviter le contact avec les yeux et la peau.
3. Les solutions inutilisées doivent être éliminées conformément aux réglementations locales et nationales.

Conservation

Conserver à température ambiante. Ne pas utiliser après la date de péremption indiquée sur le flacon. Si les réactifs sont conservés dans des conditions autres que celles qui sont indiquées, celles-ci doivent être validées par l'utilisateur. Il n'y a aucun signe évident indiquant l'instabilité de ce produit. En cas de coloration inattendue, ne pouvant être expliquée par un changement des procédures du laboratoire, et de suspicion d'un problème avec le réactif, contacter notre service technique.

Procédure de coloration

Le produit Dako REAL™ Hematoxylin, réf. S2020, est prêt à l'emploi. Pour utilisation sur les automates de coloration Dako. Veuillez lire le manuel de l'opérateur de l'automate de coloration Dako ainsi que les protocoles/modèles fournis avec l'appareil et avec les systèmes de détection Dako REAL™.

Informations supplémentaires

Pour des informations complémentaires relatives à l'appareil et aux instructions d'utilisation, se reporter aux notices des systèmes de détection Dako REAL™ et au manuel de l'opérateur de chaque automate de coloration Dako.

DEUTSCH

Verwendungszweck

Zur In-vitro-Diagnostik.

Dako REAL™ Hematoxylin ist für immunhistochemische Färbeverfahren bestimmt. Es handelt sich um ein stabiles, gebrauchsfertiges Reagenz, das speziell für eine optimale Leistung an Gewebeschnitten mit den Dako REAL™ Detektionssystemen auf Dako-Immunfärbeautomaten entwickelt wurde. Dako REAL™ Hematoxylin erzeugt bei Gewebeschnitten, die auf Dako-Immunfärbeautomaten verarbeitet werden, eine blaue Gegenfärbung der Zellkerne.

Mitgelieferte Reagenzien

Wässrige Hämatoxylinlösung. Jede Flasche enthält 500 mL gebrauchsfertiges Reagenz.

Dako Denmark A/S | Produktionsvej 42 | DK-2600 Glostrup | Denmark | Tel. +45 44 85 95 00 | Fax +45 44 85 95 95 | CVR No. 33 21 13 17

Vorsichtsmaßnahmen

1. Nur für Fachpersonal bestimmt.
2. Entsprechende Schutzkleidung tragen, um Augen- und Hautkontakt zu vermeiden.
3. Nicht verwendete Lösung ist entsprechend örtlichen, bundesstaatlichen und staatlichen Richtlinien zu entsorgen.

Aufbewahrung

Bei Raumtemperatur aufbewahren. Nach Ablauf des auf der Flasche aufgedruckten Verfallsdatums nicht mehr verwenden. Werden die Reagenzien anders als unter den genannten Bedingungen aufbewahrt, sind die Bedingungen vom Anwender zu validieren. Es gibt keine offensichtlichen Anzeichen für eine eventuelle Produktinstabilität. Falls es zu einer unerwarteten Färbung kommt, die sich nicht durch Unterschiede bei Laborverfahren erklären lässt und auf ein Problem mit dem Reagenz hindeutet, ist unser technischer Kundendienst zu verständigen.

Färbeverfahren

Dako REAL™ Hematoxylin, Code-Nr. S2020 ist gebrauchsfertig. Zur Verwendung mit Dako-Immunfärbeautomaten. Bitte das Bedienerhandbuch des Dako-Immunfärbeautomaten und die mit dem Gerät und den jeweiligen Dako REAL™ Detektionssystemen mitgelieferten Matrizes/Protokolle gründlich durchlesen.

Weitere Informationen

Weitere Angaben zum Gerät und seiner Bedienung bitte den Packungsbeilagen der Dako REAL™ Detektionssysteme bzw. dem Bedienerhandbuch des jeweiligen Dako-Immunfärbeautomaten entnehmen.

Companion products/ Produits Annexes/ Begleitprodukte

Dako REAL™ Detection Systems/ Trousses de détection Dako REAL™/ Dako REAL™ Detektionssysteme
Alkaline Phosphatase/RED, Rabbit/Mouse, Code K5005
APAAP, Mouse, Code K5000
EnVision™ Detection System, Peroxidase/DAB+, Rabbit/Mouse, Code K5007
Peroxidase/AEC, Rabbit/Mouse, Code K5003
Peroxidase/DAB+, Rabbit/Mouse, Code K5001

Dako REAL™ Accessory Reagents/ Réactifs auxiliaires Dako REAL™/ Dako REAL™ Zusatzreagenzien
Antibody Diluent, Code S2022
Hematoxylin, Code S2020
Peroxidase-Blocking Solution, Code S2023
Proteinase K (40x), Code S2019
Proteinase K Diluent, Code S2032
Target Retrieval Solution (10x), Code S2031

Dako REAL™ Accessory Utensils/ Ustensiles auxiliaires Dako REAL™/ Dako REAL™ Zubehör
Incubation Container, Code S2030
Slide Holder, Code/Réf./Code S2029

Explanation of symbols/ Explication des symboles/ Erläuterung der Symbole

REF — Catalogue number / Référence du catalogue / Bestellnummer	15 °C 30 °C — Temperature limitation / Limites de température / Zulässiger Temperaturbereich	Manufacturer / Fabricant / Hersteller
IVD — In vitro diagnostic medical device / Dispositif médical de diagnostic in vitro / In-Vitro-Diagnostikum	LOT — Batch code / Code du Lot / Chargenbezeichnung	
Consult instructions for use / Consulter les instructions d'utilisation / Gebrauchsanweisung beachten	Use by / Utiliser jusque / Verwendbar bis	

Dako Denmark A/S | Produktionsvej 42 | DK-2600 Glostrup | Denmark | Tel. +45 44 85 95 00 | Fax +45 44 85 95 95 | CVR No. 33 21 13 17